

Załącznik nr 1
Do zapytania ofertowego:
w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

.....
Miejscowość data

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **zakup oraz dostawa maseczek ochronnych i płynu do dezynfekcji rąk i skóry** na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19.”

Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem:

<http://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19>

Przedstawione poniżej parametry przedmiotu zamówienia, stanowią minimalne standardy oczekiwane przez Zamawiającego. A oferowany przez Wykonawcę produkt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis Przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość
1	Maseczki ochronne	Wykonane z trójwarstwowej włókniny, posiadające gumkę umożliwiającą założenie maseczki na uszy. W części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy- zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu” na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm. Maseczki chirurgiczne powinny spełniać następujące wymagania: zgodność z normami: PN-EN 14683:2006- maseczki chirurgiczne- Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2005). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. poz.211) albo deklaracja zgodności	4000 sztuk

		z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745, oznakowanie znakiem CE.	
2	Płyn (żel) do dezynfekcji rąk i skóry	Metodą wcierania płynu (dopuszcza się formę żelową) – bez konieczności splukiwania, o działaniu wirusobójczym, bakterioobójczym, grzybobójczym – opakowanie z pompką. Stosowany w obszarach i sytuacjach wymagających przestrzegania wysokiego poziomu higieny, o minimalnej zawartości substancji czynnej (etanolu - etanolu): 70g/100g. Produkt musi szybko odparować. Produkt musi posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia dopuszczające do obrotu produktem biobójczym oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych. Pojemność opakowania 1Litr	200 litrów